

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

| 品名 | 方形培养基瓶, 1000ml, PET, 无菌 | | | 产品货号 | GH03-1000 | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|---------|------|------------|------------|-----|------------|
| 包装规格 | 12个/袋, 2袋/箱 | | | 生产批号 | 202312006 | | | |
| 生产日期 | 2023.12.28 | 有效期至 | 2026.12 | 检验日期 | 2023.12.29 | | | |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2023.12.29 | | | |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 | | | |
| 1 | 外观 | 瓶身表面光滑, 无划痕或碰伤 | | | 符合规定 | | | |
| | | 刻度线清晰完整, 无缺失和模糊不清 | | | 符合规定 | | | |
| | | 瓶口孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺 | | | 符合规定 | | | |
| | | 包装袋内无杂物或其他杂质 | | | 符合规定 | | | |
| 2 | 刻度 | 培养基瓶容量刻度误差范围: $\pm 0.5\text{ml}$ | | | 符合规定 | | | |
| 3 | 透明度 | 瓶身及瓶盖应光洁, 应无其他杂质, 应能保证清晰的观察到容器内的物质 | | | 符合规定 | | | |
| 4 | 尺寸 | 尺寸符合图纸要求 | | | 符合规定 | | | |
| 5 | 包装 | 外箱整洁, 包装数量准确, 内包装无破损 | | | 符合规定 | | | |
| | | 标识正确, 清晰, 标签位置符合要求 | | | 符合规定 | | | |
| 6 | 无菌 | 培养基瓶检测应为无菌, 应为阴性 | | | 符合规定 | | | |
| 7 | 内毒素检测 | 内毒素含量检测标准: $< 0.06\text{EU/ml}$ | | | 符合规定 | | | |
| 8 | 极端环境监测 | 56°C水浴 30min 瓶体无异样 | | | 符合规定 | | | |
| | | -40°C过夜瓶体无异样 | | | 符合规定 | | | |
| 结论 | | 合格 | | | | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋 | |  | | | 确认: | 张相平 | | |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | 检验: | 王欣新 | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | | | | 日期: | 2023.12.29 | 日期: | 2023.12.29 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | | | | |