

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

品名		广口试剂瓶，1000ml，棕色，HDPE，无菌		产品货号		GE12-1000S			
包装规格		9 个/袋，10 袋/箱		生产批号		20230116			
生产日期		2023. 01. 16	有效期至	2026. 01	检验日期	2023. 01. 17			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 01. 17			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	黑点≤0.2mm2，同侧面黑点≤2 个				符合规定			
		无油污，无异色				符合规定			
		无裂痕/拉伤，无划伤				符合规定			
		无色差、无气泡/穿孔				符合规定			
		无缩水/变形，无缺料				符合规定			
		浇口/毛刺≤0.3mm。				符合规定			
2	尺寸	符合图纸规格				符合规定			
3	密封试验	抽空-70kpa~-90Kpa，3 分钟不渗漏				符合规定			
4	包装规格	包材、数量正确，包装完好				符合规定			
5	RNase 实验	《Rnase 污染检测规范书》				符合规定			
6	DNase 实验	《Dnase 污染检测规范书》				符合规定			
结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		质检专用章		王欣新		确认：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2023. 01. 17		日期：		2023. 01. 17	
http://www.genever-bio.com									