

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

品名		可立冻存管，1.8ml，外旋，无菌		产品货号		GD01-0020	
包装规格		100 支/袋，20 袋/箱		生产批号		231020001	
生产日期		2023. 10. 20	有效期至	2026. 10	检验日期	2023. 10. 21	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 10. 21	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定	
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁				符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象				符合规定	
		无变形。				符合规定	
		密封效果				符合规定	
3	温度	通过-196℃低温测试，且无明显损伤				符合规定	
4	尺寸	符合图纸尺寸				符合规定	
5	容量	2ml				符合规定	
6	机理环境	无菌，无酶，无热原				符合规定	
结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验：王欣新		确认：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2023. 10. 21		日期：	
http://www.genever-bio.com							