

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	滤芯吸头, 5ml, 小口, 适配赛默飞, 盒装, 无菌	产品货号	GTF-5000-S		
包装规格	40支/盒, 30盒/箱		生产批号	230423001	
生产日期	2023.04.23	有效期至	2026.04	检验日期	2023.04.24
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.04.24
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	注塑卡尺寸	开口内径: 12.28mm			符合规定
		小口内径: 1.5mm			符合规定
		长度: 123.65mm			符合规定
4	容量	5000ul ± 1			符合规定
5	机理环境	无酶, 无菌, 无热原			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		 检验: 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023.04.24
固定电话: (+86) 0523-86266686				日期:	2023.04.24
http://www.genever-bio.com					