

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	微量离心管, 5.0ml, 圆底, 连盖			产品货号	GC01-0050
包装规格	200 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	231010002
生产日期	2023. 10. 10	有效期至	2026. 10	检验日期	2023. 10. 11
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 10. 11
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1.	外观	应无黑点、气泡、拉痕等			符合要求
2.	尺寸	应符合图纸规格			符合要求
3.	印刷	印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影等			符合要求
		印刷牢固, 3M 胶带粘贴 3 次无脱墨现象			符合要求
4.	亲水性	TC 处理后, 测里接触角			N/A
5.	离心力	应符合 SIP 规定离心力值			符合要求
6.	密封性测试	抽真空-30kpa~-29kpa, 3 分钟不渗漏			符合要求
7.	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合要求
8.	灭菌	辐照标签呈红色, 有《辐照证明》			符合要求
9.	细菌内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合要求
10.	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》			N/A
11.	DNase 检测	《核酸酶检验规范》			符合要求
12.	RNase 检测	《核酸酶检验规范》			符合要求
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2023. 10. 11	日期:	2023. 10. 11
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					