

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	三角细胞摇瓶, 500ml, 透气盖, PC, 无菌			产品货号	GF01-0500
包装规格	1个/袋, 12袋/箱			生产批号	230901003
生产日期	2023.09.01	有效期至	2026.08.31	检验日期	2023.09.02
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.09.02
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面光泽、不变形、无黑点、裂痕、料花、杂料、油污、手印、气泡、飞边等			符合规定
2	尺寸	符合图纸规格			符合规定
3	密封性	负压 50Kpa, 保压 3min, 无渗漏			符合规定
4	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
5	灭菌	辐照标签呈红色			符合规定
6	细菌内毒素	细菌内毒素 ≤ 0.1 EU/mL			符合规定
7	体外细胞毒性	应符合 0 级要求			符合规定
8	DNA 酶检测	应无 DNA 酶			符合规定
9	RNA 酶检测	应无 RNA 酶			符合规定
10	细胞培养	细胞状态良好, 形态良好			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023.09.02	日期:	2023.09.02
http://www.genever-bio.com					