

版本 A01

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		三角细胞摇瓶，250ml ， 透气盖，PC， 无菌		产品货号		GF01-0250			
包装规格		1 个/袋， 12 袋/箱		生产批号		230901002			
生产日期		2023. 09. 01	有效期至	2026. 08. 31	检验日期	2023. 09. 02			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 09. 02			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	表面光泽、不变形、无黑点、裂痕、料花、杂料、油污、手印、气泡、飞边等				符合规定			
2	尺寸	符合图纸规格				符合规定			
3	密封性	负压 50Kpa, 保压 3min, 无渗漏				符合规定			
4	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定			
5	灭菌	辐照标签呈红色				符合规定			
6	细菌内毒素	细菌内毒素≤0.1EU/mL				符合规定			
7	体外细胞毒性	应符合 0 级要求				符合规定			
8	DNA 酶检测	应无 DNA 酶				符合规定			
9	RNA 酶检测	应无 RNA 酶				符合规定			
10	细胞培养	细胞状态良好，形态良好				符合规定			
结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王欣新		确认人：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2023. 09. 02		日期：		2023. 09. 02	
http://www.genever-bio.com									