

版本 A01

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔， 圆孔圆底， 1.2ml， 无盖		产品货号		GE-1.2-RD-96	
包装规格		4 个/袋，10 袋/箱		生产批号		231017001	
生产日期		2023. 10. 17	有效期至	2026. 10. 16	检验日期	2023. 10. 18	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 10. 19	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	产品注塑成型无缺陷、结构完整、无变形			符合规定		
		产品表面没有气泡、黑点、脏污等			符合规定		
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定		
		产品上没有缺口			符合规定		
		产品上没有破孔			符合规定		
		产品无明显色差			符合规定		
2	尺寸标准（mm）	127.70±0.2			127.65-127.77		
		平面度≤0.15			0.11-0.16		
		85.30±0.2			85.25-85.35		
		31.25±0.10			31.26-31.38		
3	DNase/Rnase	应无 DNase/Rnase 酶			符合规定		
4	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	质检专用章 王欣新	确认人：	张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2023. 10. 19	日期：	2023. 10. 19	
http://www.genever-bio.com							