文件编号：JNW-QD-QR-5002 版本 A01

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	透明吸头，5ml，小口，适配赛默飞，盒装，无菌			产品货号	GT-5000-S
包装规格	40 支/盒，30 盒/箱			生产批号	240122001
生产日期	2024.01.22	有效期至	2027.01.21	检验日期	2024.01.23
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.01.24

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡	符合规定
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺	符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格	符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂现象	符合规定
		无变形	符合规定
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液	符合规定
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性	符合规定
6	容量	5ml±1	符合规定
7	机理环境	经检测要求无菌、无热原、无酶（DNA 酶、RNA 酶）	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872				
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2024.01.24	日期：	2024.01.24
http://www.genever-bio.com				

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章