

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	血清移液管, 2ml, 绿色标记, 独立包装, 无菌			产品货号	GP03-0002
包装规格	50 支/袋, 10 袋/箱			生产批号	202312002
生产日期	2023. 12. 02	有效期至	2026. 12. 01	检验日期	2023. 12. 03
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 12. 04
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	材料	原材料应为医用级聚苯乙烯			符合规定
2	外观缺陷	表面和内层不得有影响计量读数、使用效果等缺陷			符合规定
3	流出时间	最快 0. 5s, 最慢 4. 0s			符合规定
4	等待时间	如规定等待时间, 则移液管的弯液面在流液口停止后, 等到移液管尖端从接收容器移走前所用的那段时间			符合规定
5	容量允差	最小分度 0. 02ml, 容量允差 $\leq \pm 0. 04\text{ml}$			符合规定
6	无菌试验	细菌培养结果应为阴性			符合规定
7	热原检查	细菌内毒素限值 (L) $\leq 0. 5 \text{ EU/ml}$			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人: 王军		确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期: 2023. 12. 04		日期:	2023. 12. 04
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					