

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	方形培养基瓶, 1000ml , PETG, 无菌			产品货号	GH02-1000
包装规格	24 个/袋, 2 袋/箱			生产批号	230528003
生产日期	2023. 05. 28	有效期至	2026. 05. 27	检验日期	2023. 05. 29
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 05. 29
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	瓶身表面光滑, 无划痕或碰伤			符合规定
		刻度线清晰完整, 无缺失和模糊不清			符合规定
		瓶口孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
		包装袋内无杂物或其他杂质			符合规定
2	刻度	培养基瓶容量刻度误差范围: $\pm 0.5\text{ml}$			符合规定
3	透明度	瓶身及瓶盖应光洁, 应无其他杂质, 应能保证清晰的观察到容器内的物质			符合规定
4	尺寸	尺寸应符合图纸要求			符合规定
5	包装	外箱整洁, 包装数量准确, 内包装无破损			符合规定
		标识正确, 清晰, 标签位置符合要求			符合规定
6	无菌	培养基瓶检测应为无菌, 应为阴性			符合规定
7	细菌内毒素	细菌内毒素含量检测标准: $<0.125\text{ EU/ml}$			符合规定
8	极端环境监测	56℃水浴 30min, 瓶体无异样			符合规定
		- 40℃过夜, 瓶体无异样			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 05. 29	日期:	2023. 05. 29
http://www.genever-bio.com					